

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

7ª SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 7ª/SL

NÚMERO:

017/2024

DATA:

09/12/2024

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 90024/2024

E-MAIL:

7a.sl@codevasf.gov.br

TELEFONE:

(86) 3215-0138/0147

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS – PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 90023/2024

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – 7ª/SR, por intermédio da 7ª Secretaria Regional de Licitações, referente ao Edital nº 90024/2024, cujo objeto é o fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, transporte, carga e descarga de máquinas e equipamentos para estruturação de entreposto de mel, destinados ao atendimento de municípios e comunidades rurais no âmbito da área de atuação da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, estado do Piauí, esclarece:

QUESTIONAMENTO:

“Referente ao Pregão Eletrônico nº 90024/2024, solicito esclarecimento conforme abaixo.

GRUPO 1 / ITEM 9: Capela de Fluxo Laminar

GRUPO 2 / ITEM 22: Capela de Fluxo Laminar

Para ambos os itens acima, questiono:

- Quais devem ser as dimensões internas do equipamento? Gentileza definir Altura x Largura x Profundidade

Aguardo breve retorno”

Resposta da área demandante:

“Informamos que as dimensões solicitadas, correspondentes aos itens 09 e 22 “Capela de Fluxo Laminar” são: 80 x 65 x 54 cm.”

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Lucas da Cruz Gomes da Silva

Analista em Desenvolvimento Regional – 7ª/SL

CODEVASF – 7ª SR